



Научно-исследовательский центр «Матрикс»

125367, г. Москва, а/я 33, тел.: (495) 765-2612, тел./факс (499) 250-5544, e-mail: 2505544@mail.ru, <http://www.matrixmed.ru>

ВНИМАНИЕ!!!

В связи с участвовавшими случаями выхода из строя излучающих головок для внутривенного лазерного освечения крови сообщаем, что для корректной работы лазерных терапевтических аппаратов «Матрикс-ВЛОК», «Матрикс», «Лазмик», «Лазмик-ВЛОК» и др. с излучающими головками КЛ-ВЛОК, КЛ-ВЛОК-635, КЛ-ВЛОК-365, МС-ВЛОК-365 и др. необходимо использовать **только** световоды КИВЛ-01, изготовленные по **ТУ 9444-005-72085060-2008** (производства ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»).

Использование других световодов не позволяет получить стабильную мощность, и как следствие этого, обеспечивать эффективное лечение, а также приводит к выходу из строя излучающих головок, гарантийный ремонт которых производиться не будет, только при предъявлении документов, подтверждающих использование указанных световодов (КИВЛ-01 по **ТУ 9444-005-72085060-2008**).

Кроме того, в течение последних 5 лет произошли существенные изменения в нормативной базе, введены новые стандарты и др. В связи с этим проводим плановую замену паспортов на аппараты и лазерные излучающие головки, на которые **будет продлена гарантия на 1 год с момента замены**. Также в подарок высылаем 4 новые книги по лазерной терапии.

Всем, кто использует ВЛОК и вышеперечисленные аппараты и излучающие головки, необходимо срочно сделать заявку на замену (сообщить название, количество и год выпуска аппаратов или головок для ВЛОК, а также среднее количество проводимых процедур в месяц) по электронной почте: 4019127@inbox.ru или по телефону +7 (499) 401-9127 – Елена Высокова.

Генеральный директор

ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Т.В. Москвина